


Cyfrowy miernik magnetyzmu



Kiedy wybrać cyfrowy miernik magnetyzmu resztkowego:

Cyfrowy miernik stosowany jest do pomiaru magnetyzmu resztkowego w obrabianych przedmiotach i elementach, gdzie zastosowano do manipulacji mocowanie magnetyczne lub magnes do podnoszenia ładunków. Codzienną pracę podczas pomiarów ułatwi praktyczna sonda dla lepszej dostępności pomiaru, a także bateria o dużej pojemności i wytrzymałości do 160 godzin.

ZASTOSOWANIE	TECHNOLOGIA	CZYSZCZENIE BATERII	ZAKRES	JEDNOSTKI
				kA/G
Pomiar magnetyzmu	Elektro/bateriowy	do 160 godzin	do 199,9 G	kA/G

Istotne parametry:

Zastosowanie:	Pomiar magnetyczny
Technologia:	Elektro/bateriowy
Wytrzymałość baterii:	do 130 godzin
Zakres pomiarowy:	0 - 199,9 mT

Zastosowanie

- + pomiar magnetyzmu resztkowego
- + pomiar właściwości magnetycznych materiałów

Numer katalogowy	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Zakres pomiaru
MH-107	79	119	24	0 - 199,9 G